



YOUR VISION. OUR FOCUS.

IMAGEnet i-base

BRUGERVEJLEDNING

Denne vejledning er baseret på en avanceret i-base.
Den bliver nævnt hvis der er brug for andre licenser.

Topcon Europe Medical BV

Version 1.18

2018-04-24

CE 0344

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	1
Forord	2
Tilsigtet anvendelse	2
Mærkater for sikker brug	2
Sikkerhedsforanstaltninger	2
Brugervedligeholdelse	3
Målinger	4
Start IMAGEnet i-base	7
Login	7
Bekræft licensaftalen	8
Risikokontroller i forbindelse med instruktionsvejledningen	8
IMAGEnet i-base layout's	10
Opret layout	10
Vælg et layout	11
Konfigurer et startlayout	11
Genvejs vindue	11
Proceduren indfangningssession (kun med licens fra en øjenlæge)	14
Vælg indfangningens layout	14
Start en indfangningssession	14
Tilføj en ny patient eller Vælg en patient	15
Tilføj en ny patient	15
Vælg en patient	17
Indfangningsvinduet er nu klar til at hente billeder.	17
Start Timer	18
Slette billeder under hentning	18
Fortryd sletning af billeder under hentning	19
Gemme de hentede billeder	20
Håndtere patienter / Data	22
Tilføj en ny patient	22
Redigere (håndtere) patientoplysninger	23
Vise patient data	23
Åbne patient data	24
Slet patient	27
Arbejde i en multi-up	28
Værktøjslinjens sammensætning	28
Tilpasse billeder ved at zoome	29
Billedproces	30
Værktøjsvindue	31
Plugin-vindue	32
Moduler	33
Målinger	37
Udskrive patient data	38
Udskrivnings preview	39

FORORD

TILSIGTET ANVENDELSE



Denne vejledning gælder for version 3.18.4 og derover. Se installationsvejledningen for yderligere oplysninger.

Elektronisk brugsanvisning udgives i PDF-format. En PDF-læser kan hentes på www.adobe.com. Det er muligt at anmode om en trykt udgave af brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt.

MÆRKATER FOR SIKKER BRUG

For at opnå sikker og korrekt brug og for at forhindre tab af data er der anbragt vigtige meddelelser i brugervejledningen.

I nedenstående tabel findes de bemærkninger og advarsler, der anvendes i denne vejledning:

Ikon		Betydning
	BEMÆRK	Dette symbol angiver, at meddelelsen er vigtig eller af speciel interesse for læseren. Mangel på at læse denne bemærkning vil ikke resultere i fysisk skade på læser, udstyr eller data.
	FORSIGTIG	Dette symbol angiver, at hvis oplysningerne ignoreres, kan der forekomme tab af data eller materialeskade.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER



FORSIGTIG

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, inden du anvender IMAGEnet i-base.



BEMÆRK

Vi bestræber os på at anvende skærbilleder fra den seneste version af IMAGEnet i-base, men det er muligt, at der er skærbilleder af ældre versioner.



BEMÆRK

Brugsanvisningen er skrevet efter formodningen om, at brugeren allerede har kendskab til en personlig computer (PC) og Microsoft Windows' operativsystem. Denne brugsanvisning beskriver ikke brugen af en pc eller Microsoft Windows.



BEMÆRK

Skulle du have problemer, bedes du kontakte din lokale Topcon-forhandler.

**FORSIGTIG**

Brug ikke IMAGEnet i-base, hvis der er synlig skade på kablerne, der forbinder pc'en til instrumentet, eller synlig skade på anden del af din opsætning. Kontakt din lokale Topcon-repræsentant, hvis det er tilfældet.

**FORSIGTIG**

Sørg for, at du altid har en opdateret virusscanner og firewall installeret på systemet.

**FORSIGTIG**

Undgå at afbryde kablerne fra pc'en, når softwaren til IMAGEnet i-base kører.

**FORSIGTIG**

Undgå at nulstille eller slukke for pc'en, når softwaren til IMAGEnet i-base kører.

**FORSIGTIG**

Undgå at nulstille eller slukke for instrumentet, når softwaren til IMAGEnet i-base kører.

**FORSIGTIG**

Diagnosen kan ikke baseres udelukkende på målinger eller metoder fra IMAGEnet i-base. Lægen bør konsultere flere kilder inden der stilles en diagnose.

**FORSIGTIG**

Brug ikke IMAGEnet i-base, når der er tegn på problemer eller beskadigelse af systemet. I sådanne tilfælde skal du kontakte din Topcon forhandler.

BRUGERVEDLIGEHOELDELSE

UVENTEDE HÆNDELSER

I tilfælde af uventede hændelser, såsom strømsvigt, pc- eller i-base-sammenbrud, lukning af IMAGEnet i-base uden lagring, skal følgende handlinger foretages.

Genstart i-base som sædvanligt, hvis det er muligt. i-base vil åbne alle data, der er bufferlagret på tidspunktet for hændelsen, og viser oplysninger om tilgængelige data i indfangningsfanen. Yderligere oplysninger vil være tilgængelige fra dataegenskabsvinduet.

Disse data skal gennemgås og lagres ved den rette patient.

Hvis omstændighederne gør, at patienten, hvortil dataene tilhører, ikke kan uddrages, må disse data under ingen omstændigheder anvendes.

Kan du ikke gøre dette eller har andre problemer, bedes du kontakte din lokale Topcon-repræsentant.

OPBEVARINGSSTED

Hvis IMAGEnet i-base anvendes som en indfangningsstation i et netværk, anbefales det at oprette en ekstra database og mappe til lagring af billeder på den lokale pc, hvor i-base er installeret. Skulle du have problemer med netværksforbindelsen, kan du skifte til denne mappe for at lagre dine data. Dataene skal flyttes til din normale database, når din netværksforbindelse bliver tilgængelig igen.

For at gøre dette skal du oprette en ekstra database på den normale måde. Hvis du har problemer, kan du skifte til denne database ved at logge ind (vælg File (Fil) > Login (Log ind)). I dialogboksen skal du vælge din lokale database, indtaste dine legitimationsoplysninger og klikke på Ok. Sørg også for, at du har valgt dit lokale opbevaringssted (File (Fil) > Options (Indstillinger) > File locations (Filplacering) > Current image save location (Aktuel billedkildeplacering)). Dataene lagres nu lokalt.

Når du ønsker at lagre på den sædvanlige lagerplads igen, skal du gentage disse trin for din netværkslagerplads. Lokalt lagrede data skal flyttes til den sædvanlig placering ved hjælp af de såkaldte Patient Packs (Patientpakker). Se filen Help (Hjælp): Patient packs.

MÅLINGER



FORSIGTIG

For maksimal præcision i målinger, der foretages på fundusbilleder, skal Littman-formlen anvendes til at korrigere de målte værdier for afvigelser i det menneskelige øje.

MÅLINGER I FUNDUSILLEDER

Nøjagtigheden af alle målene vurderes at være 10 %



FORSIGTIG

Nøjagtigheden af linje- eller område målene overholder dem for et Gullstrand testøje.

MÅLINGER I OCT DATASÆT

Målefunktionen på OCT billeder – kaliber funktion – aktiveres for billedet af det bageste segment og kan bruges til billeder af cornea tykkelsens målinger af det ydre segment.

Følgende skema viser en oversigt af den anvendte målefunktion:

	Lodret måling	Vandret måling
Ydre	Anvendes til cornea tykkelse	Anvendes til cornea tykkelse
Bageste (Håndholdt linse)	Anvendes	Anvendes ikke
Ydre (FV-1L)	Anvendes	Anvendes

Bageste målinger

Når det drejer sig om billeder af det bageste segment, bliver den vertikale akse, dvs. dybdeaksen eller z-aksen altid aktiveret, uden hensynstagen til den anvendte optik. Målefunktionens vandrette komponent afhænger i høj grad af optikkens forstørrelse, og af hvordan det optiske systems komponenter er blevet indstillet. Da indstillingen ikke kan garanteres for håndholdte linser, bliver det vandrette komponent kun aktiveret når Fundus Viewer FV-1L anvendes. En kombination af det lodrette og vandrette komponent gør det muligt for brugeren at måle uafhængige faconer af OCT billederne.

Systemtolerancerne for måling af komponenternes er:

Lodret måling er en sammenfatning af pixels, hvor størrelsen af hver individuelle pixel er 4,2 µm med en fejlprocent på < 2 %.

Vandret måling er en sammenfatning af pixels, hvor størrelsen af hver individuelle pixel afhænger af den optiske forstørrelse. De målte komponenters fejlprocent er < 10 % for det centrale område af retina. Det centrale område af retina er angivet som et område med en radius af ca. 4 mm rundt om fovea.



FORSIGTIG

Målefunktionens vandrette komponent afhænger af optikkens indstillinger, dvs. spaltelampens forstørrelse og den håndholdte linse SAMT de indstillinger, som vælges i plugin. Den vandrette målefunktion er ikke pålidelig, hvis den ikke indstilles korrekt af brugeren.



FORSIGTIG

Nøjagtigheden af målefunktionens vandrette komponent er baseret på tilstand af Gullstrand-øjet.

Måling af forreste top af cornea

Når det drejer sig om billeder af det forreste segment, bliver den vertikale akse, dvs. dybdeaksen eller z-aksen altid aktiveret, uden hensyntagen til den anvendte optik. Målefunktionens vandrette komponent afhænger i høj grad af optikkens forstørrelse, og af hvordan det optiske systems komponenter er blevet indstillet. Da indstillingen ikke kan garanteres for alle mulige positioner af spaltelampen i forhold til positionen af øjets forreste segment, er den vandrette komponent kun beregnet til brug som del af målingen af cornea tykkelse, hvor fejlen af denne effekt er begrænset.

For at udføre målingen, skal du tage et billede ved at sigte mod midten af pupillen og justere SL SCAN-1 indstillingen indtil du finder den optiske refleks, der vises tydeligt som en lys, vandret linje på SL SCAN-1 billedet. Dette kan opnås ved at flytte spaltelampen en smule op eller ned.

Når du finder den optiske refleks, skal du trykke på udløseren for at tage et billede. Du skal gemme billedet med henblik på at foretage målinger. Målingen skal ske lige ved siden af den optiske refleks.

Måling af toppen af cornea er en sammenfatning af pixels, hvor størrelsen af hver individuelle pixel afhænger af den optiske forstørrelse. **Det målte komponenters fejlprocent er < 5 % for det centrale område af cornea.** Det centrale område af cornea er angivet som et område med en radius på ca. 4 mm rundt om midten af pupillen.



FORSIGTIG

Forreste måling er kun beregnet til måling af den centrale cornea tykkelse..



FORSIGTIG

Målefunktionens vandrette komponent afhænger af optikkens indstillinger, dvs. spaltelampens forstørrelse OG de indstillinger, som vælges i plugin. Den vandrette målefunktion er ikke pålidelig, hvis den ikke indstilles korrekt af brugeren.



FORSIGTIG

Nøjagtigheden af målefunktionen for toppen af cornea er baseret på sammenligning med OCT 2000 FA og måling af glasplader af kendt tykkelse.

MÅLINGER I OCT-DATASÆT


Målefunktionen på OCT-billeder - kaliperfunktionen - aktiveres for billeder af et bageste segment og kan anvendes til måling af corneatykkelse på billeder af det ydre segment.

START IMAGENET I-BASE

LOGIN



For at starte IMAGEnet ibase, skal du dobbeltklikke på genvejsikonet på dit skrivebord. IMAGEnet ibase login-vinduet bliver vist.



Welcome to IMAGEnet i-base, please login.

TOPCON
IMAGEnet i-base
Version 3.20.2

SQL server name: SHOW4\TOPCON

Database name: ibase

i-base Username:

i-base Password:

☐ Always login as this user

Reset OK Cancel

Hvis kun en IMAGEnet i-base-bruger er aktiv på denne computer, kan du afmærke "Log altid ind som denne bruger". Når alle de nødvendige felter er udfyldt som vist på klik→OK.


Som standard er databasens navn "ibase" username and password are "ibaseAdmin". Hvis disse parametre ikke er korrekt for login, bedes du kontakte din forhandler.



BEMÆRK

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at ændre standardadgangskoden. For at gøre dette skal du gå til IMAGEnet i-base-menuen: **File (Fil) > Change password (Skift adgangskode)**..

BEKRÆFT LICENSAFTALEN




Læs slutbrugerens licenafstale for Topcon softwaren og tryk på "I Agree" [jeg bekræfter] for at fortsætte med ibase.

RISIKOKONTROLLER I FORBINDELSE MED INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN

Slutbrugereren bliver meddelt under opstart af softwaren med den nedenfor viste tekstboks. Denne tekstboks bliver altid vist efter opstart af programmet.

EULA og meddelelserne bliver vist til alle (nye) brugere, indtil de bekræfter dem.




IMAGENET I-BASE LAYOUT'S

Et layout i IMAGENet i-base er i-base-skærmeoversigten med alle de viste vinduer og værktøjslinjer. Positionen for i-base-hovedvinduet (inklusive hvilken skærm) og størrelse (inklusive minimeret eller udvidet tilstand) er del af layoutene. Indstillinger og muligheder for vinduer er ikke inkluderet i et layout, undtagen tilstanden for miniaturebilledvinduet.


Fra menuen View (Vis) er det muligt at få vist og skjule alle vinduerne og værktøjslinjerne for at oprette et anderledes layout. De fleste linjer og vinduer kan flyttes, dockes og afdockes ved hjælp af de normale Windows-funktioner.

Det kan være nyttigt at have forskellige layout for forskellige i-base-handlinger, f.eks. optagelse og visning. Layouts kan administreres med dialogen 'Manage layouts' (Administrér layouts), som kan startes fra menuen (View (Vis) > Layouts (Layouts) > Manage layouts (Administrér layouts) eller fra vinduets værktøjslinje.



OPRET LAYOUT

For at oprette et nyt layout skal du trykke på knappen 'Add current' (Tilføj aktuel) i dialogboksen 'Manage layouts' (Administrér layout) og skrive det ønskede navn. Dette gemmer det aktuelle layout.



Samme handling kan foretages med knappen 'Save current layout' (Gem aktuelt layout) i vinduets værktøjslinje.



VÆLG ET LAYOUT

Der kan vælges layout fra layoutadministrationen ved at vælge et layout fra listeboksen og trykke på knappen 'Select' (Vælg).

En anden måde er at vælge det ønskede layout fra rullemenuen i vinduets værktøjslinje.



KONFIGURÉR ET STARTLAYOUT

Hvis du ønsker altid at starte i-base med det samme layout, skal du i dialogboksen 'Manage layout' (Administrér layout) vælge det ønskede startlayout under 'Startup layout'.




BEMÆRK

Hvis der ikke er valgt noget startlayout, vil IMAGEnet i-base åbne det sidst anvendte layout, næste gang programmet startes.


GENVEJS VINDUE

Hvis du ønsker at gøre tasterne mindre eller større i genvejsvinduerne, skal du bare holde kontroltasten nede på tastaturet, og klikke en gang på et tomt sted i genvejsvinduet. Derefter skal du rulle med musens hjul, mens du stadig holder kontroltasten nede.

For at tilpasse genvejslinjen, skal du højreklikke på genvejslinjen og klikke på "Customize shortcut bar" [tilpas genvejslinje].



Et skærmbillede kommer frem til at konfigurere fanerne:




Tilføj en fane

For at tilføje en ny fane, skal du trykke på "new" [ny], og derefter indtaste fanens navn. Tilføj element [erne] ved at klikke på et element, og derefter på tasten "Add to tab --->" [føj til fane] eller dobbeltklikke på elementet. Tryk på "Save" [Gem] når du er tilfreds med den nye fane.

Ændre en fane

For at ændre en fane, skal du bare vælge det fane navn du ønsker. Nu er det muligt at tilføje, slette eller ændre elementerne i denne fane. Ændring af elementerne i fanen kan gores med tasten "Edit" [Rediger] eller ved at dobbeltklikke. En ny dialogboks kommer frem, hvor teksten og elementets ikon kan ændres. Tryk på "Save" [gem] når du er færdig.



Slette en fane/element

For at slette en fane/element, skal du vælge navnet på den fane/element du ønsker for at slette, og derefter trykke på tasten "delete" [slet]. Fanen med alle elementerne bliver fjernet fra genvejslinjen, og elementet bliver fjernet fra fanen. Tryk på "Save" [gem] når du er færdig.

Starte en ekstern fil

For at starte et eksternt program fra i-base eller åbne en fil.
Eksempler:

Sådan åbnes et MS Word dokument:

alias:	Åbn min fil
bitmap:	her skal du vælge et billede
kommando:	browse til WINWORD.EXE
Sub-kommando:	den fil du ønsker at åbne

Sådan startes Excel:

alias:	Start Excel
bitmap:	her skal du vælge et billede
kommando:	browse til EXCEL.EXE
Sub-kommando:	skal være tom

Start/Konfig. en plugin:

Sådan startes eller konfigureres en plugin.
Eksempel:


Sådan startes celletæller modulet :

alias:	Start celletæller
bitmap:	her skal du vælge et billede
kommando:	Celletæller
Sub-kommando:	Celletæller (automatisk)

PROCEDUREN INDFANGNINGSSSESSION (KUN MED LICENS FRA EN ØJENLÆGE)


VÆLGE INDFANGNINGENS LAYOUT

Hvis der er oprettet et specielt layout for optagelse, skal du vælge dette fra vinduets værktøjslinje eller menuen 'View' (Vis). Hvis der ikke er valgt noget layout for optagelse, kan du få vist vinduet 'Capture session control' (Kontrolvindue for indfangningssession) fra menuen 'View' (Vis).



START EN INDFANGNINGSSSESSION

Fra indfangningssessionens kontrolvindue kan du vælge de forskellige indfangningsprocedurer. I denne menu kan du starte en ny procedure ved at dobbeltklikke eller vælge en procedure, og trykke på "start" tasten med musepilen.



Bemærk: Hvis du for eksempel vælger “Fluo” proceduren, kommer en sort indfangningssession frem. IMAGEnet Ibase er nu klar til at modtage billeder.

Bemærk: For at aktivere timeren, skal du trykke på tasten “Enable timer” [aktiver timer]. Timerens oplysninger bliver vist med rød farve, og er i standby mode.

Bemærk: Hvis det første billede hentes, starter timeren automatisk. Hvis du foretrækker at starte timeren manuelt, skal du trykke på tasten “start timer”; denne vises når du aktiverer timeren.

Bemærk: Billederne bliver vist i indfangningsvinduet, og under dette vindue er der et miniaturebillede med en oversigt af billederne.

Bemærk: Miniaturebilledets størrelse kan ændres fra:

File→options→General→Thumbnail size.

Du kan også holde kontroltasten nede og rulle med musens hjul.



BEMÆRK

Procedurer kan også startes fra menuen Procedures (Procedurer) og for visse instrumenter fra menuen Instrument.



FORSIGTIG

Når der skiftes procedure ved hjælp af instrumentet, skal du være opmærksom på, at dette kan være hurtigere end IMAGEnet i-base. Forsink derfor optagelse, indtil IMAGEnet i-base har den rette procedure indstillet. Du kan kontrollere procedurenavnet i indfangningssessionsfanen.




FORSIGTIG


Hvis der indfanges data fra et instrument, må brugeren ikke ændre instrument eller kameraindstillinger, indtil dataene er overført til i-base. I modsat fald er egenskaberne eventuelt ikke korrekte.

TILFØJE EN NY PATIENT ELLER VÆLGE EN PATIENT

Når du starter en ny indfangningssession, skal oplysningerne om en ny patient føjes til denne indfangning. IMAGEnet i-base patient management-vinduet kommer automatisk frem hver gang du starter en ny indfangningssession. Du kan tilføje en ny patient eller vælge en eksisterende patient fra patientlisten.

TILFØJE EN NY PATIENT

Fra vinduet patient management (håndtering af patient) kan du vælge den nye patient med tasten  fra funktionslinjen.




Patient management window showing a list of patients. The window includes a toolbar with various icons and a search bar with fields for Surname, Identifier, and Postcode. The patient list is as follows:

Name	Birthdate	Identifier	Status	Entry Date
Jansen, Jan		12345		23/03/2011
Mosaic, Topcon		2525		17/03/2011
Tester, Tess de		0529923		23/03/2011


Selection mode: Edit properties Nbr patients read: 3/3

Udfyld alle de nødvendige patientoplysninger og grundlæggende oplysninger, som for eksempel Patient ID og efternavn.



Edit new patient window showing various fields for patient information. The window is divided into tabs: Basic Info, Extended, Visits, Lists, and Memo. The Basic Info tab is active, showing fields for Patient identifier, Birth date, Gender (Male/Female), Surname, Surname prefix, Given name(s), Maiden name, Form of address, Initials, Telephone home, Telephone work, Mobile phone, Email, Fax, Insurance company, Insurance number, National identification, Physician, Hospital, Next visit, and Chart number. The bottom of the window has buttons for New, Help, Ok, Cancel, and Apply.


Tryk på OK for at vende tilbage til vinduet indfangningssession. Nu er patientens oplysninger er også tilgængelige i vinduet indfangningssession.



Patientens navn = Jan Jansen
 Patient ID = 12345
 “#” antallet af hentede billeder
 Fluo = procedures navn

VÆLGE EN PATIENT


Vinduet patient management starter automatisk når en ny indfangningssession starter. Nu kan vi vælge en patient fra patientlisten. Fra forespørgselslinjen kan du søge efter patienten ifølge efternavn, patient ID og postnummer. For at start indfangning af denne patient, skal du dobbeltklikke på patientens navn.



BEMÆRK

Baggrunden af patientlisten har en brunlig farve når forespørgslen er aktiv.

INDFANGNINGSVINDUET ER NU KLAR TIL AT HENTE BILLEDER.




Kontroller om proceduren og patientens oplysninger er korrekt når vinduet indfangningssession er åben. Nu kan du starte med at hente billeder.


START TIMER

For at aktivere timeren, skal du trykke på tasten "Enable timer" [aktiver timer].
Timerens oplysninger bliver vist med rød farve, og er i standby mode.

Hvis det første billede hentes, starter timeren automatisk.
Hvis du foretrækker at starte timeren manuelt, skal du trykke på tasten "Start timer".
Tasten "Start timer" bliver vist når du aktiverer timeren.




SLETTE BILLEDER UNDER HENTNING




Under hentningen kan du rulle tilbage gennem miniaturebillederne og se de hentede billeder ved at gøre miniaturebilledet aktivt. Du kan slette billeder, som ikke er korrekte, ved at vælge 1 eller flere [med shift eller ctrl] miniaturebilleder, samt bruge slette-tasten eller ved at klikke på højre side af musen på et miniaturebillede og vælge "delete selected" [slet valg].

FORTRYDE SLETNING AF BILLEDER UNDER HENTNING

Gendannelse af slettede billeder kan gores via genvejvinduet →optagelse og bruge tasten recirkuleringsmappen "show/hide deleted" [vis/gem slettet].




Klik på musens højre side af musens thumbnail og brug funktionen fortryd.

**BEMÆRK**

Slettede billeder kan kun gendannes mens indfangningssessionen er aktiv.

GEMME DE HENTEDE BILLEDER



For at gemme alle de hentede billeder, kan du bruge tasten "Save all" [Gem alt] fra genvejsvinduet Eller tasten "Save all" [Gem alt] på standard værktøjslinjen.



Tast til at gemme alle billeder





Tast til at gemme alle valgte billeder

HÅNDTERE PATIENTER / DATA

Fra genvejslinjen → Patient, kan du tilføje en ny patient, redigere patienten og vise patient data.

TILFØJE EN NY PATIENT

Fra vinduet håndtere patienter, kan du vælge den nye patient med tasten  fra funktionslinjen eller fra fil-menuen på vinduets værktøjslinje og vælge "new patient" [ny patient], og udfylde alle de nødvendige patient oplysninger.



Grundlæggende oplysninger som Patient ID og efternavn er påkrævede; tryk "OK" for at tilføje patienten til patientlisten, hvorefter vinduet håndtere patienter lukker.


Når du trykker på "New" [ny] bliver patienten føjet til din patientliste, men du kan stadig fortsætte med at tilføje nye patienter.

Når du trykker på "Apply" [anvend] bliver din patient føjet til patientlisten, og du kan også tilføje andre oplysninger fra de forskellige faner i vinduet patient egenskaber.




BEMÆRK

Der findes også et enkelt patient management-vindue i optionsmenuen → general → patient management "minimal patient dialog" ..



Minimal Client Properties

Patient identifier:

Birth date: 

☐ Male ☐ Female


Surname: Surname prefix: Given name(s):


Maiden name:

Form of address: Initials:

REDIGERE (HÅNDBERE) PATIENTOPLYSNINGER

Fra genvejslinjen, skal du vælge "Manage Patient" [håndter patient], hvorefter du kan redigere patient moden.


Vælg en patient og tryk på tasten "edit properties" [rediger egenskaber]  eller dobbeltklik på patientens navn. Vinduet rediger egenskaber kommer frem, og nu kan du redigere patientens oplysninger. Tryk på tasten OK for at gemme ændringerne.



Edit patient properties

Basic Info | Extended | Visits | Lists | Memo

Patient identifier:

Birth date: 

☒ Male ☐ Female

Surname: Surname prefix: Given name(s):

Maiden name:

Form of address: Initials:

Telephone home:

Telephone work:

Mobile phone:

Email:

Fax:

Insurance company:

Insurance number:

National identification:

Street:

Number:

Additional:

Postcode:

City:

Country:


Physician:

Hospital:


Next visit:

Chart number:

WISE PATIENT DATA

Fra genvejslinjen, skal du vælge "show patient data" [vis patient data]  Vælg en patient og tryk på tasten "show data" [vis data] eller dobbeltklik på patientens navn.


Vinduet patient data bliver vist, og nu kan du se patientens data.





BEMÆRK

Fra vinduet håndter patient kan du også vælge ny, rediger, vis data osv. ved at klikke på højre side af musen..


ÅBNE PATIENT DATA


For at åbne data eller billeder, skal du bruge tasten åbne data  eller vælge et besøg eller en procedure og klikke på højre side af musen for at vælge åbne data. Hvis du kun ønsker at åbne et billede, kan du dobbeltklikke på billedet.



Du kan også vælge flere billeder (ctrl + venstreklikke med musen) og bruge tasten åbne data  eller klikke på højre side af musens tast for at vælge åbne data.


✓ BEMÆRK

For at lukke vinduet patient data efter at have åbnet billeder eller data, skal du vælge i funktioner  fra vinduet patient data "Close window after opening items" [luk vinduet efter åbning af elementer] eller trykke på højre side af musen og gå til funktioner.




BEMÆRK

For at åbne data eller billeder direkte i et multi-up-vindue, skal du vælge fra File → options → general → opened data, "Present open data always in multi-up"..




SLET PATIENT


Hvis brugeren har de rigtige rettigheder, kan en patient slettes fra i-base.
I menuen Valg skal indstillingen "Tillad sletning af patienter" kontrolleres:



For at slette en patient skal du gå til afsnittet patientadministration og:

- vælge den patient, du vil slette, og klikke på  eller
- højreklik på den patient, du vil slette, og vælg "Slet patient"

og bekræft sletningen ved at klikke på ja i følgende pop-up:



Bemærk: Når en patient slettes, slettes alle data og billeder også fra databasen.


Vær opmærksom på, at slettede patientdata stadig findes følgende steder:

- Database backup
- Database logs
- Revisionsspor database
- Patientpakkefiler
- Eksporterede filer
- Værktøjslogfiler
- Arkiver
- Udskrevne rapporter

ARBEJDE I EN MULTI-UP


Åbne data i en multi-up visning deaktiveres som standard, men du kan arbejde manuelt ved at åbne billeder og dobbeltklikke på det første billede, hvorefter et 4 up bliver vist. Hvis du vælger billeder fra miniaturebilledets linje, kan du tilføje, fjerne eller bytte billeder (hold ctrl-tasten nede).

Hvis du dobbeltklikker på 4-up, vender du tilbage til single-up




VÆRKTØJSLINJENS SAMMENSÆTNING

Værktøjslinjens sammensætning giver hurtig adgang til forskellige sammensætningsfunktioner.



For at gemme de aktuelle visninger i den valgte optagelse, eller for at vise fanen som en sammensætning, skal du vælge knappen "Save" [gem]. En dialogboks kommer frem hvor du kan indtaste sammensætningens navn, og trykke OK for at gemme den.

**BEMÆRK**

For at åbne data eller billeder direkte i et multi-up-vindue, skal du vælge fra File → options → general → opened data, "Present open data always in multi-up"..

TILPASSE BILLEDER VED AT ZOOME

Værktøjslinjen til zoomning af billeder giver hurtig adgang til adskillige zoom-funktioner.



Normal størrelse:

zoom billedet eller filmen til den originale størrelse.



Trim zoom:

zoom billedet således at den sorte baggrund bliver skjult.



Zoom tilpasning:

zoom billedet eller filmen så den passer til fremvisningen.



Rektangel zoom:

når denne funktion er aktiveret, kan du trække en rektangel i billedet for at zoome det ind.



Zoom linse:

med denne funktion kan du få en zoome linse, som du kan bruge til at zoome ind til billedet (denne funktion findes kun for EyeDoctor og Eye Viewermoduler).




Fremvisning af panorerings-vindue:

viser et vindue med et miniaturebillede af det aktuelt viste billede og den aktuelle 'Zoom rektangel'. Inde i dette 'Panorerings-vindue', kan du trække 'Zoom rektanglen' med musen for at panorere over billedet.

For at tilpasse dine åbne billeder som standard i dit vindue således at de er helt synlige, skal du indstille nogle mediefunktioner.

Vælg File → Options → Media → og udfyld som vist i



BILLEDPROCES

Når du vælger et billede kan du indstille det manuelt eller automatisk med bjælken billedproces.



Viser farve histogram



Viser billedets egenskaber (du kan også bruge F8-tasten)



Indstilling af kontrast og lysstyrke



Indstilling af favebalance



Separate farver- 8 bit grå, rød, grøn og blå.



Viser billedet uden rød farve



Automatisk strækning af kontrast



Invertér



Spejlvending



Annotering



Skærping



Fremhævning af boks



Vis / skjul fremhævning af boks



Åbne originale billede




Anvend indstillingerne i nyt billede



Fortryd

VÆRKTØJSVINDUE

For at vise dette værktøjsvindue, gå til vis og vælg derefter værktøjer.



Dette værktøj kan bruges som en let og hurtig måde at bearbejde åbne og hentede billeder. Dette værktøj kan kun bruges til visning af hentede billeder. Hentede billeder kan ikke ændres. Dette værktøj kan bruges til at vise åbne billeder, men hvis der er brug for det, kan du også anvende ændringerne i et nyt billede med 'Apply in new image' [anvend i nyt billede] fra værktøjsmenuen eller med tasten 'Apply in new image' i billedproces værktøjslinjen. Nu er et nyt billede blevet skabt og gemt. Originale hentede billeder kan ikke ændres.



PLUGIN-VINDUE

De installerede plugins kan håndteres fra plugins-vinduet.

Der findes to typer plugins inde i IMAGEnet i-base: 'Optagelse' plugins og 'Modul' plugins. De to typer er opdelt i plugins vinduet med to faner. Når du vælger en fane, kan du få en liste over de installerede plugins af den type.

Plugins til optagelse kan sende data fra eksterne kilder (for eksempel et digitalt kamera) til IMAGEnet i-base.

Modul plugins kan modtage data og patient oplysninger fra IMAGEnet i-base og sende data tilbage til IMAGEnet i-base.



Bemærk: En plugin kan have tre tilstande:


grøn: tilgængelig
gul: ikke tilgængelig
rød: ikke indlæst

Startden valgte plugin; for optagelses plugins betyder det normalt at kameraet skal udløses; for modul plugins betyder det normalt at modulet skal startes med de valgte dataelementer.


For at opsætte en plugin, skal du bare højreklikke på den.

Moduler kan startes ved at:


Dobbeltklikke på vinduet "plugin"



Vælg
miniaturebilledet/miniaturebillederne i
patientdatavinduet og højreklikke




Vælg
miniaturebilledet/miniaturebillederne i et
åbent billede/åbne billeder og højreklikke




MODULER

EKSEMPEL PÅ EN AUTOMOSAİK:

Vælg alle dine mosaikbilleder i vinduet Patient data og højreklik på et billede og vælg automosaik, hvorefter vinduet automosaik kommer frem.




Hvis der er anden information om øje og vinkel på de valgte billeder, åbnes denne skærm først::



Her kan du vælge øje og vinkel. Det er kun billeder, der lever op til valget, der sendes til det automatiske mosaikmodul.

SAMMENLIGNING AF BILLEDEKSEMPEL


Hvis du ønsker at bruge Sammenlign billede, skal du først lave nogle registreringspunkter på de 2 billeder. Du skal mindst lave 3 registreringspunkter og gemme billederne med registreringspunkterne.




de registreringspunkter som findes på værktøjslinjen Image measure [billedmåling].



Når du har gemt billederne, skal du vælge de 2 miniaturebilleder og højreklikke på dem, og vælge image compare [sammenlign billede] eller dobbeltklikke på image compare i plugin-vinduet.




Nu åbner dette vindue, og du kan starte sammenligningen:



EKSEMPEL AF DATAFIL


For at importere en datafil, skal du dobbeltklikke på datafil-modulet i plugins-vinduet eller højreklikke og vælge start. Derefter bliver dette vindue åbnet:



Klik på Import (importer) og dine valgte patienter, hvorefter billederne bliver importeret.

MÅLINGER

For at foretage en måling af et billede, skal du vælge måle værktøjslinjen:



Linjemåling



Områdemåling



Måling af C/D-forhold



Måling af I-drejning



BEMÆRK


Værktøjslinjen måling af billede er kun aktiv, når der er åbnet data..

UDSKRIVE PATIENT DATA


Udskrivningsfunktionen til udskrivning af patient data og/eller egenskaber inde i IMAGEnet i-base er baseret på skabeloner. Der er installeret en standard skabelon til portræt og landskab.

Udskrivning af patient data kan gøres på adskillige måder:


Fil – Udskriv og udskrivnings preview



Med tasten udskriv og udskrivnings preview fra standard værktøjslinjen



Fra vinduet Patient data



UDSKRIVNINGS PREVIEW

Udskrivnings preview viser en preview af udskriftet for den valgte optagelse eller den viste fane. Vinduet preview er opstillet med standard udskrivningsindstillinger, som er indstillet i udskrivningsfunktionerne. Disse indstillinger kan ændres i dette vindue.



Afmasking af billede: Afmask de valgte billeder



Strækning af billedets kontrast: Stræk de valgte billeder



Trim zoom: Trim de valgte billeder




Vis/skjul egenskaber: Placer overlayets egenskaber i de valgte billeder



Konfigurer "vis/skjul egenskaber": Indstil overlayets egenskaber her. Benyt tasten 'Overlay' til at placere overlayets egenskaber i de valgte billeder.



Vælg alle billederne på listen over miniaturebilleder



Tryk OK for at udskrive; udskrivnings preview lukker når udskrivningsopgaven gives.



TOPCON EUROPE MEDICAL BV
11 - 2908 LJ CAPELLE AAN DEN IJSSEL
HOLLAND
T: +31 (0)10 4585077
E: medical@topcon.eu
Website: www.topcon-medical.eu